

Sprawa nr 1/EFS-HŁ/2021

Łódź, dn. 29.09.2021 r.

INFORMACJA DOTYCZĄCA

wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w Zapytaniu ofertowym dotyczącym:
Zapewnienia wyposażenia medycznego dla podopiecznych hospicjum domowego objętych programem w ramach projektu pn.: „Indywidualna opieka dla pacjentów hospicjum domowego” realizowanego przez Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020.

W związku z trwającym zapytaniem ofertowym na zasadach konkurencyjności dotyczącym zapewnienia artykułów medycznych, zgłoszono następujące zapytania/wnioski:

Pytanie z dnia 28.09.2021 r.:

- ❖ „ Czy Zamawiający dopuści koncentrator tlenu z ciśnieniem wyjściowym 40kPa – 60 kPa (0,4 bar – 0,6 bar)?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę w Wymaganiach obligatoryjnych parametrów dotyczących w/w sprzętu, poprzez dopuszczenie koncentratora tlenu z ciśnieniem wyjściowym 40 kPa – 60 kPa (0,4 bar – 0,6 bar).

Joanna Sobiech

Stowarzyszenie Hospicjum Łódzkie